


- 1 Füllen Sie das Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.
- 2 Die Indikatorlösung langsam unter ständigem Schwenken zutropfen.
- 3 Die Tropfen zählen, bis der Farbumschlag von blau nach gelb vollzogen ist und keine Rückfärbung mehr stattfindet.



Berechnung:

Indikatortropfen x 0,5 = KH (°dH)

Ein Tropfen Indikatorlösung entspricht 0,5°dH.

Bewertung:

- Beträgt der ermittelte Wert 5°dH oder mehr, so ist die Karbonathärte ausreichend.
- Liegt der Wert unter 5°dH ist die Karbonathärte zu gering.

Wichtige Informationen rund um Ihren Messwert finden Sie unter www.aqua-check.de.

KH

KH-Test

Version 1.0 • 09/2011

KH-Test

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.

Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof • www.soelltec.de • Tel. +49(0)92 81/72 85-0
Söll-Hotline: 0 700/92 77 37 55 (14 Cent/Minute/bundesweit aus dem Festnetz)

IKÖM1-15552